

# 海南省生态环境监测协会文件

琼环测协〔2023〕31号

## 海南省生态环境监测协会 关于水质在线自动监测运维化学需氧量分 析能力考核结果的通报

各会员单位：

为加强社会环境监测机构质量管理，提高监测质量，协会于2023年9月组织开展了社会化自动监测运维机构水质在线自动监测化学需氧量分析能力考核。现将考核结果通报如下：

### 一、考核情况

此次考核项目为水质在线自动监测运维化学需氧量，共4家单位报名参加。9月完成考核样品发放，并收到4家单位上报的考核结果，其中1家单位考核不合格，于9月底补发标样对其进行补考。

### 二、考核结果

本次4家单位报考水质在线自动监测运维化学需氧量考核，3家单位考核合格，1家单位考核不合格。考核不合格单位补考后，补考结果合格。此次考核总体合格率为100%，

具体考核结果详见附件 1 和附件 2。

### 三、证书发放

考核结果评定合格的单位，协会分别颁发单位和个人能力考核合格证。个人证书只发放给参加样品分析测试的前两名技术人员。

附件 1：水质在线自动监测运维化学需氧量考核结果

附件 2：水质在线自动监测运维化学需氧量补考结果

海南省生态环境监测协会

2023 年 10 月 11 日



(联系人：陈海，电话：18608936081)

(此件主动公开)

抄送：省生态环境厅生态环境监测处

## 附件 1

### 水质在线自动监测运维化学需氧量分析能力考核结果

序号	机构名称	分析人员	样品编号	分析结果 (mg/L)	标准值 (mg/L)	结果评定
1	海南怡天环保科技有限公司	1. 王伟丞	A1	46.7	44.0±4.4	合格
2	海口宜天环保科技有限公司	1. 刘元胜	A2	23.6	22.3±2.2	合格
3	海南绿屿环保科技有限公司	1. 吴开池 2. 李华银	A3	47.3	51.5±5.2	合格
4	力合科技(湖南)股份有限公司	1. 苏天文 2. 郑君明	A4	63.9	71.4±7.1	不合格

## 附件 2

### 水质在线自动监测运维化学需氧量补考结果

序号	机构名称	分析人员	样品编号	分析结果 (mg/L)	标准值 (mg/L)	结果评定
1	力合科技(湖南)股份有限公司	1. 苏天文 2. 孙振骏	B1	54.4	51.5±5.2	合格